

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องขังน้ำหนักสำหรับรถเข็นนั่งชนิดไฟฟ้า
แบบแสดงตัวเลข จำนวน ๑ เครื่อง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บริษัท เอน - ไซน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

สำนักงานใหญ่ ๑๕/๓๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางรักน้อย
อำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร ๐ -๒๑๑๗-๑๘๖๐ แฟกซ์ ๐ - ๒๑๑๗-๑๘๖๑

๔.๒ บริษัท นาฟาร์เมต จำกัด

สำนักงานใหญ่ ๕๐๓/๒ หมู่ ๖ ตำบลเชียงรากน้อย
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร / แฟกซ์ ๐ - ๒๙๒๐ - ๖๓๑๘

๔.๓ บริษัท ชัคเซส ลิงค์ เซอร์วิส จำกัด

สำนักงานใหญ่ ๑๒ หมู่ ๑ ซอยรัตนวิเบศร์ ๒๑ ตำบล
บางกระสอ อำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑) นางสาวปราณี พวงแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

๕.๒) นางสาวกมลาลี ศรีโมรา

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

กรรมการ

๕.๓) นายอำนาจ ดอกยอ

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

กรรมการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับรถเข็นนั่งชนิดไฟฟ้าแบบแสดงตัวเลข

ความต้องการ

ใช้ในการชั่งน้ำหนักผู้ป่วยที่นั่งบนรถเข็น และผู้ป่วยที่ไม่สามารถลุกยืนได้เอง

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล ใช้พลังงานไฟฟ้า
2. ฐานชั่งมีขนาดใหญ่ สำหรับรถเข็นผู้ป่วยสามารถเข็นไปชั่งน้ำหนักได้
3. สามารถรองรับการต่อเข้ากับระบบแบบไร้สาย (Wireless) ได้ ในอนาคต
4. ขนาด 1,102 x 912 x 1,150 มิลลิเมตร ขนาดของฐานชั่ง 760x55x930 มิลลิเมตร
5. น้ำหนักไม่เกิน 33.4 กิโลกรัม เคลื่อนย้ายสะดวก
6. ได้รับมาตรฐาน Medical Device 93/42/EEC,ISO9001,ISO13485,CE0123,IEC601-1

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

1. สามารถแสดงค่าของน้ำหนักเป็นตัวเลขทศนิยม 1 ตำแหน่ง
2. เครื่องจะแสดงค่ากลับไป “ศูนย์” ได้เองโดยอัตโนมัติ หลังจากเสร็จสิ้นการชั่งน้ำหนัก
3. สามารถรองรับการชั่งน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 360 กิโลกรัม
4. มีความละเอียดในการอ่านค่าน้ำหนักที่ชั่งได้ 100 กรัม
5. ใช้ไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 220 โวลต์ หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จได้
6. แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ สามารถชั่งได้ไม่น้อยกว่า 2,400 ครั้ง
7. เครื่องสามารถแสดงค่าน้ำหนักที่วัดได้ให้คงอยู่บนหน้าจอ โดยการกดปุ่ม “Hold”
8. มีระบบ TARE function ในการชั่งน้ำหนัก
9. มีระบบ Pre – TARE คือ Memory น้ำหนักรถเข็นได้ไม่น้อยกว่า 3 ค่า
10. มีระบบ Auto – HOLD มีเสียงแจ้งเตือนแสดงว่าเสร็จสิ้นการชั่งน้ำหนักแล้ว
11. มีระบบ Auto Clear,Reset
12. มีระบบ BMI คือสามารถวัดและประเมินหาค่า Body Mass Index (BMI) ได้
13. มีระบบ Kg/lbs Switch-OVER
14. มีระบบ Adjustable Damping คือปรับสมดุลได้
15. มีระบบ Automatic Switch – Off ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ (Automatic Switch Off) ภายใน 30 วินาที
16. มีที่กั้นกันล้อรถเข็นตกด้านข้าง ทั้งสองข้าง
17. หน้าจอแบบ LCD สามารถหมุนได้ เพื่อความสะดวกในการทำงาน และการเก็บรักษา
18. มีล้อเลื่อนด้านข้าง 2 ล้อ ใช้ในการเข็น เคลื่อนย้ายโดยไม่ต้องยก เคลื่อนย้ายง่าย โดยสามารถเคลื่อนย้ายได้เพียงคนเดียว

เงื่อนไขเฉพาะ

1. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. เป็นเครื่องใหม่ ที่ไม่เคยใช้ หรือสาธิตมาก่อน
3. ทางบริษัทจะต้องส่งเจ้าหน้าที่แนะนำวิธีการใช้งานให้แก่ผู้ใช้

กรรมการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ